



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती.

Government Medical College & General Hospital, Baramati.

e-mail:deangmcbaramati@gmail.com

प्लॉट नंबर पी १०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर बारामती ४१३१३३, तालुका-बारामती जिल्हा-पुणे, महाराष्ट्र

**जाहीरात नोटिस प्रसिध्दीकरिता**

जा.क्र.शावैमबा/खवि/ 394/२०२२  
प्रति,

दि. 09/०३/२०२२

.....  
.....  
.....

विषय : यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्रीची खरेदी करुन मिळण्याबाबत....

संदर्भ : जा.क्र.शावैमबा/जीवरसायनशास्त्र वि./३४७/२१, दि.२२/१२/२०२१

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती या संस्थेमधील जीवरसायनशास्त्र विभागाकरिता खालील नमुद यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता मोहोरबंद पाकिटात दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी सदर पत्राव्दारे आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण खाली नमुद केलेल्या विनिर्दिष्टानुसार साधनसामुग्रीसाठी आपल्या अटी व शर्तीसह दरपत्रके दि. 11/०३/२०२२ पर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती प्लॉट पी-१०७, एमआयडीसी एरिया, महिला रुग्णालयासमोर. बारामती जि. पुणे ४१३१३३ येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११.०० ते ५:०० पर्यंत सादर करावी.

Sr.No.	Name Of Item	Quantity
01	Laboratory Water Treatment RO System	01

१) दरपत्रकामध्ये सर्व करासहीत दर नमुद करण्यात यावे. २) सदर यंत्रसामुग्रीचा Make & Model नमुद करण्यात यावा. ३) दरपत्रके मोहोरबंद पाकिटातच सादर करावी. ४) दरपत्रकाच्या पाकिटावर या कार्यालयाचा पत्र क्रमांक, दिनांक, वस्तुचे नाव व दरपत्रक स्विकृतीचा अंतिम दिनांक नमुद करावा. ५) यंत्रसामुग्रीचा Warranty कालावधी दोन वर्षांचा बंधनकारक राहिल. दरपत्रके स्विकारण्याचे सर्व अधिकार संस्थेने राखुन ठेवले आहेत.

  
अधिष्ठाता,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व  
सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती.

प्रत:

✓ प्राध्यापक व विभागप्रमुख, जीवरसायनशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती.

## Specification for Laboratory water Treatment RO System

(RO System output water should be suitable for Medical Laboratory Purpose)

Water Source	Water Tank/Tap
Voltage	220 VAC or as per requirement
Capacity	15 Litre Per hour
Purification Capacity	15 Litre Per hour
Flow Rate	100 m <sup>3</sup> /hr
Type of Plant	Reverse Osmosis
Material	PVC, Steel
Automation Grade	Full Automatic
Installation	Prefabricated
Frequency	50Hz
Power source	AC 220V
Installation Service	Full Installation on site
Treated Water Quality	Up to 04 TDs
Warranty	2 Year & Service should be available within 24 hour

TOPPA  
22/2/21